

98 5315 **Metratester****Modell: M 5**

**Das Messgerät zur Prüfung instandgesetzter Geräte nach
DIN VDE 0701 und VDE 0702.**

Darüber hinaus können Sie mit dem M 5 folgendes messen:

Netzspannung: 207 - 253 V AC

Verbraucherstrom: 0 - 16 A AC

Schutzleiterwiderstand: 0 - 20 Ω

Isolationswiderstand: 0 - 2 M Ω ; 0 - 20 M Ω

Ersatz-Ableitstrom: 0 - 20 mA AC

Prüfung auf Spannungs-: 0 - 2 mA AC

freiheit durch Strommessung gem. Teil 240,

entspricht DIN VDE 0404. Die Messung des Differenzstromes entspricht der Vorschrift für Wiederholungsprüfungen DIN VDE 0702, für z.B. vollelektrisch gesteuerte Haushaltsgeräte.

Grenzwerte werden optisch und akustisch angezeigt.

passendes Zubehör:

98 5410 **Kabelset KS 13**